

Rätt material vid blododling

Använd rätt material vid blododling – beställ vingkanyl med hätta och rätt passform.

Felaktig hätta med vingkanyl används av vissa kunder vid blododling. Det innebär att förmonterad hätta måste separeras från vingkanylen och ersättas med fristående hätta vilket medför risk för sticksador och kontamination samt onödig materialförbrukning.

Laborieriemedicin uppmanar därför samtliga enheter att beställa förmonterad vingkanyl med hätta och rätt passform från Varuförsörjningen.

[Art.nr 54770 Kanyl ving 0,8x300 mm m hätta](#)



Eva Hålldin
Specialistläkare
Klinisk mikrobiologi
Laborieriemedicin

Camilla Svensson
Processledare Allmän odling

Laborieriemedicin
021-17 50 97
camilla.svensson@regionvastmanland.se

Mer information finns på:

[Laborieriemedicin – Region Västmanland](#)