



Säker PVK

Inspektion av PVK

Kontrollera varje pass!

- Att PVK:n är väl fixerad, utan läckage av vätskor under förbandet.
- Att PVK:n är märkt med **datum, tid, signatur och PVK-etikett**
- om du vet när PVK är satt märk i efterhand eller avveckla.
- **Instickställe och omgivande hud.** Svullnad, förhårdnad, värmeökning, ömhet, rodnad och smärta kan vara tecken på komplikation.
- Att befintliga PVK är korrekt dokumenterade i Cosmic.

Avveckla PVK när den inte längre behövs!

Kom ihåg att följa basala hygien- och klädregler vid insättning och handhavande av PVK:er och andra infarter.

Läs mer på vardhandboken.se om korrekt hantering av PVK.

Avsändare av plansch är:
Enheten för smittskydd och vårdhygien och
Centrala patientsäkerhetsteamet